

SAMPLE 検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (絶縁抵抗試験器<DIGITAL MΩ HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3154)
 製造番号<Serial No.> (No.110509860)
 検査年月日<Test Date> (2011-08-18)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (25.3 °C, 59 %rh)

項目 <Item>	定格測定電圧 <Insulation Test Voltage>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確度 <Accuracy>	1000V	4000MΩ	3600MΩ	3420 MΩ ~ 3780 MΩ (	3600 MΩ)
		200.0MΩ	180MΩ	175.9 MΩ ~ 184.1 MΩ (	180.1 MΩ)
		20.00MΩ	18MΩ	17.59 MΩ ~ 18.41 MΩ (	18.02 MΩ)
		2.000MΩ	1.8MΩ	1.759 MΩ ~ 1.841 MΩ (	1.802 MΩ)
	500V	4000MΩ	1800MΩ	1710 MΩ ~ 1890 MΩ (	1800 MΩ)
	250V	2000MΩ	1800MΩ	1710 MΩ ~ 1890 MΩ (	1800 MΩ)
	100V	2000MΩ	1800MΩ	1710 MΩ ~ 1890 MΩ (	1800 MΩ)
	50V	200.0MΩ	180MΩ	171.0 MΩ ~ 189.0 MΩ (	180.3 MΩ)
	25V	200.0MΩ	180MΩ	171.0 MΩ ~ 189.0 MΩ (	180.4 MΩ)

項目 <Item>	定格測定電圧 <Insulation Test Voltage>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output Value>
アナログ 出力	1000V	3600MΩ *	3.52 V ~ 3.68 V (	3.60 V)
	1000V	OPEN	3.92 V ~ 4.08 V (	4.00 V)

備考<Note>

* アナログ出力検査の入力値は、確度検査3600MΩの表示値になります。
 <For the analog output inspection, 3600MΩ is used as the input value.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()