

SAMPLE

## 検査成績表

&lt;TEST REPORT&gt;

1/2

品名<Model Name> ( デジタルハイテスタ <DIGITAL HiTESTER> )  
形名<Model Number> ( 3233 )  
製造番号<Serial No.> ( No. 110712345 )  
検査年月日<Test Date> ( 2012-12-31 )  
<YYYY-MM-DD>  
検査条件<Test Conditions> ( 23.0 °C, 50 %rh )  
検査周波数<Test Frequency> ( 50Hz )

| 項目<br><Item>     | レンジ<br><Range> | 入力<br><Input> | 許容範囲<br><Tolerance> | 表示値<br><Indication> |
|------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 確度<br><Accuracy> |                |               |                     |                     |
| DC V             | 300mV          | 300. 0mV      | 298.8 mV ~ 301.2 mV | ( 298.8 mV )        |
|                  | 3 V            | 3. 000 V      | 2.988 V ~ 3.012 V   | ( 2.988 V )         |
|                  | 30 V           | 30. 00 V      | 29.88 V ~ 30.12 V   | ( 29.88 V )         |
|                  | 300 V          | 300. 0 V      | 298.3 V ~ 301.7 V   | ( 298.3 V )         |
|                  | 1000 V         | 1000 V        | 992 V ~ 1008 V      | ( 992 V )           |
| AC V             | 3 V            | 3. 000 V      | 2.966 V ~ 3.034 V   | ( 2.966 V )         |
|                  | 30 V           | 30. 00 V      | 29.66 V ~ 30.34 V   | ( 29.66 V )         |
|                  | 300 V          | 300. 0 V      | 296.6 V ~ 303.4 V   | ( 296.6 V )         |
|                  | 750 V          | 750 V         | 739 V ~ 761 V       | ( 739 V )           |
| DC A             | 30mA           | 30. 00mA      | 29.68 mA ~ 30.32 mA | ( 29.68 mA )        |
|                  | 300mA          | 300. 0mA      | 296.8 mA ~ 303.2 mA | ( 296.8 mA )        |
|                  | 10 A           | 10. 00 A      | 9.86 A ~ 10.14 A    | ( 9.86 A )          |
| AC A             | 30mA           | 30. 00mA      | 29.60 mA ~ 30.40 mA | ( 29.60 mA )        |
|                  | 300mA          | 300. 0mA      | 296.0 mA ~ 304.0 mA | ( 296.0 mA )        |
|                  | 10 A           | 10. 00 A      | 9.81 A ~ 10.19 A    | ( 9.81 A )          |

## 備考&lt;Note&gt;

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。&lt;FAIL decision points are highlighted in gray.&gt;

標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。

&lt;The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.&gt;

| 総合判定<Overall Result> | 検査者<Inspected by> | 承認者<Approved by> |
|----------------------|-------------------|------------------|
| ( PASS )             | ( )               | ( )              |

No3233-16

SAMPLE

## 検査成績表

&lt;TEST REPORT&gt;

2/2

製造番号<Serial No.> ( No. 110712345 )  
検査年月日<Test Date> ( 2012-12-31 )  
<YYYY-MM-DD>

| 項目<br><Item>     | レンジ<br><Range> | 入力<br><Input>         | (標準器校正値)<br><Std. Cal. Value> | 許容範囲<br><Tolerance> | 表示値<br><Indication>    |
|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| 確度<br><Accuracy> |                |                       |                               |                     |                        |
| Ω                | 300 Ω          | 300.0 Ω               | 298.6                         | Ω ~                 | 301.4 Ω ( 300.0 Ω)     |
|                  | 3kΩ            | 3.000kΩ               | 2.986                         | kΩ ~                | 3.014 kΩ ( 2.986 kΩ)   |
|                  | 30kΩ           | 30.00kΩ               | 29.86                         | kΩ ~                | 30.14 kΩ ( 29.86 kΩ)   |
|                  | 300kΩ          | 300.0kΩ               | 298.6                         | kΩ ~                | 301.4 kΩ ( 298.6 kΩ)   |
|                  | 3000kΩ         | 3000kΩ                | 2968                          | kΩ ~                | 3032 kΩ ( 2968 kΩ)     |
|                  | 30MΩ           | 30.00MΩ               | 29.38                         | MΩ ~                | 30.62 MΩ ( 29.38 MΩ)   |
| LP Ω             | 3kΩ            | 3.000kΩ               | 2.983                         | kΩ ~                | 3.017 kΩ ( 2.983 kΩ)   |
|                  | 30kΩ           | 30.00kΩ               | 29.83                         | kΩ ~                | 30.17 kΩ ( 29.83 kΩ)   |
|                  | 300kΩ          | 300.0kΩ               | 298.3                         | kΩ ~                | 301.7 kΩ ( 298.3 kΩ)   |
|                  | 3000kΩ         | 3000kΩ                | 2966                          | kΩ ~                | 3034 kΩ ( 2966 kΩ)     |
|                  | 30MΩ           | 30.00MΩ               | 29.36                         | MΩ ~                | 30.64 MΩ ( 29.36 MΩ)   |
| Hz               | 300 Hz         | 300.0 Hz              | 299.4                         | Hz ~                | 300.6 Hz ( 299.4 Hz)   |
|                  | 3kHz           | 3.000kHz              | 2.996                         | kHz ~               | 3.004 kHz ( 2.996 kHz) |
|                  | 30kHz          | 30.00kHz              | 29.96                         | kHz ~               | 30.04 kHz ( 29.96 kHz) |
|                  | 300kHz         | 300.0kHz              | 299.6                         | kHz ~               | 300.4 kHz ( 299.6 kHz) |
| C                | 3 nF           | 3.000 nF ( 2.990 nF ) | 2.936                         | nF ~                | 3.044 nF ( 2.962 nF)   |
|                  | 30 nF          | 30.00 nF ( 29.99 nF ) | 29.45                         | nF ~                | 30.53 nF ( 29.76 nF)   |
|                  | 300 nF         | 300.0 nF ( 299.1 nF ) | 293.7                         | nF ~                | 304.5 nF ( 298.8 nF)   |
|                  | 3 μF           | 3.000 μF ( 2.997 μF ) | 2.943                         | μF ~                | 3.051 μF ( 2.983 μF)   |
|                  | 30 μF          | 30.00 μF ( 30.17 μF ) | 29.62                         | μF ~                | 30.72 μF ( 29.89 μF)   |