

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (タコハイテスタ<TACHO HiTESTER>)
 形名<Model Number> (FT3405)
 製造番号<Serial No.> (No. 130712345)
 検査年月日<Test Date> (2013-07-12)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

1. 確度<Accuracy>

項目 <Item>	測定モード <Mode>	回転数 *3 <r/min>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 *2 <Indicated Value>
回転数<r/min> *1	r/min	12004 r/min	12004 r/min	12002 r/min ~ 12006 r/min	(12004 r/min)

2. 機能<Function>

No.	項目 <Item>	結果 <Result>
-1.	形名<Model Number>	(PASS)
-2.	ROMバージョン<ROM Version>	(PASS)
-3.	ブザー<Buzzer>	(PASS)
-4.	LCD,LED	(PASS)
-5.	キー<Key>	(PASS)
-6.	Z5003接触アダプタ<Z5003 Contact Adapter>	(PASS)

備考<Note>

*1. 非接触、アベレージ機能: ON

<Non-Contact, AVG=ON>

*2. FAIL判定箇所は、グレー表示としています。

<FAIL decision points are highlighted in gray.>

*3. 確度において、12004r/minのみ検査を実施していますが、仕様に規定されている全範囲について確度保証しています。

<Although 12004r/min is the only point inspected for accuracy, the entire range stipulated in the specifications is guaranteed for accuracy.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()