

SAMPLE

検査成績表  
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> ( タコハイテスタ<TACHO HiTESTER> )  
 形名<Model Number> ( FT3406 )  
 製造番号<Serial No.> ( No. 130712345 )  
 検査年月日<Test Date> ( 2013-07-09 )  
 ( <YYYY-MM-DD> )  
 検査条件<Test Conditions> ( 23.0 °C, 50 %rh )

1. 確度<Accuracy>

項目 <Item>	測定モード <Mode>	回転数 *3 <r/min>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 *2 <Indicated Value>
-1. 回転数 *1 <r/min>	r/min	12004 r/min	12004 r/min	12002 r/min ~ 12006 r/min	( 12004 r/min )

項目 <Item>	測定モード <Mode>	回転数 *3 <r/min>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 *2 <Measured Value>
-2. アナログ出力 <Analog Output>	r/min	0 r/min	0.00 mV	-20.00 mV ~ 20.00 mV	( 0.08 mV )
	r/min	12004 r/min	120.04 mV	100.04 mV ~ 140.04 mV	( 119.48 mV )

2. 機能<Function>

No.	項目 <Item>	結果 <Result>
-1.	形名<Model Number>	( PASS )
-2.	ROMバージョン<ROM Version>	( PASS )
-3.	ブザー<Buzzer>	( PASS )
-4.	LCD,LED	( PASS )
-5.	キー<Key>	( PASS )
-6.	パルス出力<Pulse Output>	( PASS )
-7.	Z5003接触アダプタ<Z5003 Contact Adapter>	( PASS )
-8.	ACアダプタ検出<AC Adapter Detection>	( PASS )

備考<Note>

\*1. 非接触、アベレージ機能:ON  
<Non-Contact, AVG=ON>

\*2. FAIL判定箇所は、グレー表示としています。  
<FAIL decision points are highlighted in gray.>

\*3. 確度において、12004r/minのみ検査を実施していますが、仕様に規定されている全範囲について確度保証  
しています。  
<Although 12004r/min is the only point inspected for accuracy, the entire range stipulated in the specifications is  
guaranteed for accuracy.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
( PASS )	( )	( )