

SAMPLE
新品出荷時
Issued for New Orders

検査成績表 <TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (温度ロガー<TEMPERATURE LOGGER>)
 形名<Model Number> (LR5011)
 製造番号<Serial No.> (No.999912345)
 検査年月日<Test Date> (2023-02-14)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.2 °C, 48 %rh)
 センサ品名<Sensor Model Name> (温度センサ<TEMPERATURE SENSOR>)
 センサ形名<Sensor Model Number> (LR9601)
 センサID<Sensor ID> (ID23H999)

項目 <Item>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
LR9601温度センサ付き確度 <Accuracy With LR9601 Temperature Sensor > 温度<Temperature>	23.0 °C	22.5 °C ~ 23.5 °C	(23.1 °C)

備考<Note>

※新品出荷時には23°Cのみ校正しています。
< For new instruments, the test point is 23°C only.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。
<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result> (PASS)	検査者<Inspected By> ()	承認者<Approved By> ()
----------------------------------	--------------------------	-------------------------

検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (温度ロガー<TEMPERATURE LOGGER>)
形名<Model Number> (LR5011)
製造番号<Serial No.> (No.999912345)
検査年月日<Test Date> (2023-02-14)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.2 °C, 48 %rh)
センサ品名<Sensor Model Name> (温度センサ<TEMPERATURE SENSOR>)
センサ形名<Sensor Model Number> (LR9601)
センサID<Sensor ID> (ID23H999)

項目 <Item>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
LR9601温度センサ付き確度			
<Accuracy With LR9601 Temperature Sensor >			
温度<Temperature>	0.5 °C	0.0 °C ~ 1.0 °C	(0.6 °C)
	23.0 °C	22.5 °C ~ 23.5 °C	(23.3 °C)
	100.0 °C	98.0 °C ~ 102.0 °C	(100.5 °C)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。
<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (温度ロガー<TEMPERATURE LOGGER>)
形名<Model Number> (LR5011)
製造番号<Serial No.> (No.999912345)
検査年月日<Test Date> (2023-02-14)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.2 °C, 48 %rh)
センサ品名<Sensor Model Name> (温度センサ<TEMPERATURE SENSOR>)
センサ形名<Sensor Model Number> (LR9604)
センサID<Sensor ID> (ID23H999)

項目 <Item>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
LR9604温度センサ付き確度 <Accuracy With LR9604 Temperature Sensor >			
温度<Temperature>	0.5 °C	0.0 °C ~ 1.0 °C	(0.6 °C)
	23.0 °C	22.5 °C ~ 23.5 °C	(23.3 °C)
	69.0 °C	68.0 °C ~ 70.0 °C	(68.8 °C)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。
<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()