

SAMPLE 検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name>	(ワイヤレスパルスロガー<WIRELESS PULSE LOGGER>))
形名<Model Number>	(LR8512))
製造番号<Serial No.>	(No. 140748815))
検査年月日<Test Date>	(2020-01-16))
	<YYYY-MM-DD>	
検査条件<Test Conditions>	(22.8 °C, 55 %rh))

項目 <Item>	結果 <Result>
1. Bluetooth接続確認<Bluetooth Communication Check>	(PASS)
2. セルフチェック<Self Check>	
-1. ROMチェック<ROM Check>	(PASS)
-2. フラッシュROMチェック<FlashROM Check>	(PASS)
-3. FRAMチェック<FRAM Check>	(PASS)
-4. LCD チェック<LCD Check>	(PASS)
-5. キーチェック<Key Check>	(PASS)
3. 機能<Function>	
-1. 時計設定 <Clock Setting Check>	(PASS)
-2. 電池電圧検出 <Battery Voltage Detect Check>	(PASS)
-3. 電源表示チェック <Power Indication Check>	(PASS)
-4. Bluetooth電源チェック <Bluetooth Power Check>	(PASS)

項目 <Item>	設定<Setting>			入力CH	入力	許容範囲	測定値<Measured Value> *1	
	<Slope/Threshold/Filter>			<Input CH>	<Input>	<Tolerance>	CH1	CH2
4. パルス入力<Pulse Input>								
-1. 積算カウンタ機能 (入力種類: 積算, レンジ 1000Mc) <Integration Count Check (Input Function: Integration, Range 1000Mc)>	↑	1V	OFF	CH1	0-5V, 5kHz, 5000 Pulses	5000 c ~ 5000 c 0 c ~ 0 c	(5000 c)	(0 c)
				CH2		5000 c ~ 5000 c 0 c ~ 0 c	(5000 c)	(0 c)
-2. 回転数カウンタ機能 (入力種類: 回転数) <Revolution Count Check (Input Function: Revolution)>	↑	1V	OFF	CH1, CH2	0-5V, 5kHz	4999 r/s ~ 5001 r/s	(5000 r/s)	(5000 r/s)
-3. チャタリング防止フィルタ機能チェック (入力種類: 回転数) <Filter Check (Input Function: Revolution)>	↑	1V	ON	CH1, CH2	0-5V, 10Hz 0-5V, 150Hz	9 r/s ~ 11 r/s 0 r/s ~ 1 r/s	(10 r/s) (0 r/s)	(10 r/s) (0 r/s)
-4. 検出レベル切替チェック (入力種類: ロジック) <Threshold Level Check (Input Function: Logic)>	↑	1V	OFF	CH1, CH2	0.5V 1V	0 ~ 0 1 ~ 1	(0) (1)	(0) (1)
		4V	OFF	CH1, CH2	1.5V 4V	0 ~ 0 1 ~ 1	(0) (1)	(0) (1)
-5. スロープ切替チェック (入力種類: 積算, レンジ: 1000Mc) <Slope Check (Input Function: Integration, Range 1000Mc)>	↑	1V	OFF	CH1, CH2	0.4V→1.1V 1.1V→0.4V	1 c ~ 1 c 0 c ~ 0 c	(1 c) (0 c)	(1 c) (0 c)
	↓	1V	OFF	CH1, CH2	0.4V→1.1V 1.1V→0.4V	0 c ~ 0 c 1 c ~ 1 c	(0 c) (1 c)	(0 c) (1 c)

備考<Note>

・特に設定の明記のない場合、以下の設定で検査しています。
記録間隔 100ms

<Inspection settings are as follows except noted.
Sampling Interval 100ms>

*1. FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()