

SAMPLE
検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 (ルクスハイテスタ〈LUX HiTESTER〉)
 形名〈Model Number〉 (3423)
 製造番号〈Serial No.〉 (No. 200812345)
 検査年月日〈Test Date〉 (2020-08-05)
 〈YYYY-MM-DD〉
 試験条件〈Test Conditions〉 (25.0 °C, 50 %rh)

項 目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	標準器設定値 ＜Standard＞	許容範囲 ＜Tolerance＞			表示値 ＜Indication＞	
確 度 ＜Accuracy＞							
	2000 lx	1000 lx	959 lx	～	1041 lx	(	1000 lx)
	200 lx	150.0 lx	143.9 lx	～	156.1 lx	(	150.0 lx)
	20 lx	15.00 lx	14.39 lx	～	15.61 lx	(	15.01 lx)

項 目 〈Item〉	レンジ 〈Range〉	標準器設定値 〈Standard〉	出力基底値 〈Fiducial Value〉	許容範囲 〈Tolerance〉	出力値 〈Output〉
---------------	----------------	----------------------	---------------------------	---------------------	-----------------

アナログ
 出力 20 lx 15.00 lx 150.1 mV 145.1 mV ~ 155.1 mV (155.0 mV)
 〈Analog output〉

備考〈Note〉
 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉
 確度において、15lx、150lx、1000lxのみ検査を実施していますが、200,000lxまで確度保証しています。
 〈Although 15lx, 150lx, and 1000lx are the only points inspected for accuracy, the instrument is guaranteed for accuracy up to 200,000lx.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()