

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

品名<Model Name>	(メモリハイコーダ<MEMORY HiCORDER>)	1/1
形名<Model Number>	(8816)	
製造番号<Serial No.>	(No.110812345)	
検査年月日<Test Date>	(2011-12-06)	
	<YYYY-MM-DD>	
検査条件<Test Conditions>	(23.0°C, 50%rh)	
電源周波数<Supply Frequency>	(60Hz)	

機能<Function>

No.	項目<Item>	結果<Result>
1.	プリンタ<Printer>	
	-1.セルフチェック<Self check>	(PASS)
	-2.ヘッドアップ<Head up>	(PASS)
	-3.ペーパーエンド<Paper end>	(PASS)
	-4.記録紙直線性<Paper feed Precision>	(PASS)
	-5.マス目角<Printing condition>	(PASS)
	-6.紙送り精度<Paper feed accuracy>	(PASS)
2.	セルフテスト<Self test>	
	-1.ROM、RAM、チェック<ROM, RAM, check>	(PASS)
	-2.LEDチェック<LED check>	(PASS)
	-3.キーチェック<Keyboard check>	(PASS)
3.	ストレージRAM<Storage RAM>	(PASS)
4.	レベルメータ<Level meter>	(PASS)
5.	X-Yレコーダ<X-Y recorder>	(PASS)
6.	トリガ<Trigger>	
	-1.INTトリガ<INT trigger>	(PASS)
	-2.トリガレベル<Trigger level>	(PASS)
	-3.トリガスロープ<Trigger slope>	(PASS)
	-4.トリガタイミング<Trigger timing>	(PASS)
	-5.EXTトリガ<EXT trigger>	(PASS)
	-6.トリガフィルタ<Trigger filter>	(PASS)
7.	ユニット情報<Unit information>	(PASS)
8.	時計<Clock>	(PASS)
9.	メモリバックアップ<Memory Backup>	(PASS)

備考<Note>

1.オプションユニットは、別途検査とする。

<The optional units are inspected separately.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()