HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

SAMPLE

検 査 成 績 表
<TEST REPORT>

品名<Model Name> (クランプオンAC/DCセンサ< CLAMP ON AC/DC SENSOR>)
形名<Model Number> (9691)
製造番号<Serial No.> (No. 120712345)
検査年月日<Test Date> (2012 - 07- 31 <YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 ℃, 50 %rh)

項目 <Item>	入力値 <Input Value>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output Value>
振幅確度 <Amplitude accuracy>				
	AC 90 A 55Hz	AC 900 mV	890.50 mV ～ 909.50 mV	(896.36 mV)
	AC 18 A 55Hz	AC 180 mV	177.70 mV ～ 182.30 mV	(179.46 mV)
	DC 90 A	DC 900 mV	890.50 mV ～ 909.50 mV	(899.03 mV)
	DC -90 A	DC -900 mV	-909.50 mV ～ -890.50 mV	(-899.13 mV)
	DC 18 A	DC 180 mV	177.70 mV ～ 182.30 mV	(179.87 mV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	( )	( )