

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (クランプオンAC/DCセンサ< CLAMP ON AC/DC SENSOR>)
形名<Model Number> (CT9691)
製造番号<Serial No.> (No. 120701410)
検査年月日<Test Date> (2012 - 06 - 25)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (25.9 °C, 55 %rh)

項目 <Item>	入力値 <Input Value>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output Value>
--------------	----------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

振幅確度

<Amplitude Accuracy>

AC	90 A 55Hz	AC 900 mV	890.50 mV ~ 909.50 mV	(900.52 mV)
AC	18 A 55Hz	AC 180 mV	177.70 mV ~ 182.30 mV	(180.08 mV)
DC	90 A	DC 900 mV	890.50 mV ~ 909.50 mV	(902.15 mV)
DC	-90 A	DC -900 mV	-909.50 mV ~ -890.50 mV	(-902.76 mV)
DC	18 A	DC 180 mV	177.70 mV ~ 182.30 mV	(180.28 mV)

項目 <Item>	入力値 <Input Value>	許容範囲 <Tolerance>	入出力間位相差 <Phase difference between input and output>
--------------	----------------------	---------------------	--

位相確度

<Phase Accuracy>

AC	90 A 44Hz	-1.80 ° ~ 1.80 °	(-0.40 °)
AC	90 A 66Hz	-1.80 ° ~ 1.80 °	(-0.58 °)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()