

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (バッテリーハイテスタ<BATTERY HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3550)
 製造番号<Serial No.> (No.120012345)
 検査年月日<Test Date> (2013-01-16)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	(標準器校正値) <Std. Cal. Value>	*1*3 許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確度 <Accuracy>					
	3 Ω	1.000 Ω (	1.000 Ω)	0.986 Ω ~	1.014 Ω (1.000 Ω)
	300mΩ	100.0 mΩ (	101.2 mΩ)	99.8 mΩ ~	102.6 mΩ (100.0 mΩ)
	30mΩ	10.00 mΩ (	10.01 mΩ)	9.87 mΩ ~	10.15 mΩ (10.00 mΩ)
	30 V	29.00 V		28.92 V ~	29.08 V (29.00 V)
	3 V	2.900 V		2.892 V ~	2.908 V (2.900 V)
温度 <Temperature>		*2 25.0 °C		23.9 °C ~	26.1 °C (25.0 °C)

備考<Note>

*1 6ヶ月確度から算出しています。

Accuracy is calculated based on the specifications for a 6-month calibration period.

*2 温度検査の入力は、500Ωの擬似入力(25°C相当)で検査しています。

<For the temperature measurement inspection, resistance of 500 ohms is input to simulate a condition corresponding to 25°C.>

*3 標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。

<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>

4 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3550-6