

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (温度ロガー<TEMPERATURE LOGGER>)
 形名<Model Number> (3633)
 製造番号<Serial No.> (No.110812345)
 検査年月日<Test Date> (2011-08-01)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (26.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
1.内蔵温度センサ確度 <Internal Temperature Sensor Accuracy>	23.0 °C	22.6 °C ~ 23.4 °C	(23.0 °C)

備考<Note>

※No.1は、リニアの影響を考慮して製品仕様より厳しくしています。
 <No.1, In consideration of influence due to linear effects, the specifications used for inspection are stricter than those indicated for general use of the instrument.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result> (PASS)	検査者<Inspected by> ()	承認者<Approved by> ()
----------------------------------	--------------------------	-------------------------