

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (光パワーメータ<OPTICAL POWER METER>)
形名<Model Number> (3661)
製造番号<Serial No.> (No. 030238409)
検査年月日<Test Date> (2007-02-28)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (22.4 °C, 41 %rh)

項目 <Item>	波長(λ) <Wavelength>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

光パワー測定

<Optical power measurement>

1309 nm	-10dBm	-10.22 dBm ~	-9.78 dBm (	-10.00 dBm)
1543 nm	-10dBm	-10.22 dBm ~	-9.78 dBm (	-10.00 dBm)

備考<Note>

光ファイバ: シングルモードファイバ、FCマスタコネクタ、PC研磨

<Optical fiber : Single-mode fiber, FC master connector, PC polishing>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。

<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()