

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (平板試料用電極)
 (ELECTRODE FOR FLAT SAMPLE)
 形名<Model Number> (SME-8311)
 製造番号<Serial No.> (200912345)
 検査年月日<Test Date> (2020-09-08)
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 60 %rh)

項目 <Item>	許容範囲 <Tolerance>	* 測定値 <Measured Value>
1.絶縁抵抗		
印加電圧:DC1000V		
<Insulation Resistance> <Applied Voltage:DC1000V>		
-1.主電極 - 対電極 間 <Between Main electrode - Counter electrode>	20000000M Ω 以上 <20000000M Ω or more>	(20000000 M Ω)
-2.主電極 - ガード電極 間 <Between Main electrode - Guard electrode>	1000000M Ω 以上 <1000000M Ω or more>	(1000000 M Ω)
-3.ガード電極 - 対電極 間 <Between Main electrode - Counter electrode>	10000M Ω 以上 < 10000M Ω or more>	(10000 M Ω)
-4.ケース - 対電極 間 <Between Guard electrode - Counter electrode>	50M Ω 以上 < 50M Ω or more>	(50.00 M Ω)
-5.ガード電極 - ケース 間 <Between Guard electrode -Cover>	50M Ω 以上 < 50M Ω or more>	(50.00 M Ω)
2.導通検査 <Test for conduction>		
-1.HV-EN用コネクタ動作 <HV-EN connector operation>		
蓋を開けた状態 イヤホンジャックOFF <Cover open Earphon jack off>	1M Ω 以上 < 1M Ω or more>	(1.00 M Ω)
蓋を閉めた状態 イヤホンジャックON <Cover closed Earphon jack on>	10 Ω 以下 < 10 Ω or less>	(10.00 Ω)
-2.FUNCTIONスイッチ : RV <Function switch : RV>		
主電極 - コネクタ芯線 <Between Main electrode - Connector core wire>	100 Ω 未満 < Less than 100Ω >	(99.90 Ω)
主電極下のガード - コネクタガード 間 <Between Guard under the Main electrode -Connector guard>	100 Ω 未満 < Less than 100Ω >	(99.90 Ω)
リングガード - コネクタガード 間 <Between Ring guard - Connector guard>	100 Ω 未満 < Less than 100Ω >	(99.90 Ω)
-3.FUNCTIONスイッチ : REST <Function switch : REST>		
リングガード - コネクタガード 間 <Between Ring guard - Connector guard>	1M Ω 以上 < 1M Ω or more>	(1.00 M Ω)
対電極 - バナナプラグ 間 <Between Counter electrode - Banana plug>	1M Ω 以上 < 1M Ω or more>	(1.00 M Ω)
対電極 - リングガード 間 <Between Counter electrode - Ring guard>	0.85MΩ ~1.15MΩ	(1.00 M Ω)

検査成績表

製造番号<Serial No.> (200912345)
 検査年月日<Test Date> (2020-09-08)
 <YYYY-MM-DD>

-4.FUNCTIONスイッチ : RS <Function switch : RS>
 リングガード - バナナプラグ 間 100 Ω 未満 (99.90 Ω)
 <Between Less than 100Ω>
 Ring guard - Banana plug>
 対電極 - リングガード 間 100 Ω 未満 (99.90 Ω)
 <Between Less than 100Ω>
 Counter electrode - Ring guard>

機能 <Function>

No.	項目 <Item>	結果 <Result>
1.	外観構造検査<Examination for appearance structure.>	(PASS)
2.	電極部外観検査<Polar zone visual examination.>	(PASS)
3.	総合検査(絶縁計に接続、動作確認) <General test.> (A megohmmeter is connected, and the operations checked.)	(PASS)

備考<Note>

* FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray>

総合判定<Overall Result> (PASS)	検査者<Inspected By> ()	承認者<Approved By> ()
----------------------------------	--------------------------	-------------------------