SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

品名<Model Name> (高圧ユニット<HIGH VOLTAGE UNIT>)
形名<Model Number> (U8974)
製造番号<Serial No.> (No. 151013465)
検査年月日<Test Date> (2015-10-13 <YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.7 ℃, 52 %rh)

1.DC振幅確度<DC Amplitude Accuracy>

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value> CH1	CH2
			ゼロアジャスト実行後<After Zero Adjustment>		
200 mV/DIV	0 V	−0.0100 V ～ 0.0100 V		0.0003 V	0.0003 V
200 mV/DIV	4 V	3.9900 V ～ 4.0100 V		4.0021 V	4.0021 V
200 mV/DIV	−4 V	−4.0100 V ～ −3.9900 V		−4.0020 V	−4.0021 V
500 mV/DIV	10 V	9.975 V ～ 10.025 V		9.994 V	9.994 V
1 V/DIV	20 V	19.950 V ～ 20.050 V		19.991 V	19.990 V
2 V/DIV	40 V	39.900 V ～ 40.100 V		39.986 V	39.984 V
5 V/DIV	100 V	99.75 V ～ 100.25 V		99.95 V	99.94 V
10 V/DIV	200 V	199.50 V ～ 200.50 V		199.93 V	199.93 V
20 V/DIV	400 V	399.00 V ～ 401.00 V		399.86 V	399.84 V
50 V/DIV	1000 V	997.5 V ～ 1002.5 V		999.6 V	999.5 V

2.RMS振幅確度<RMS Amplitude Accuracy>

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value> CH1	CH2
			ゼロアジャスト実行後<After Zero Adjustment>		
500 mV/DIV	0 V	−0.150 V ～ 0.150 V		0.001 V	−0.001 V
500 mV/DIV	10 V	9.850 V ～ 10.150 V		10.006 V	10.003 V
1 V/DIV	20 V	19.700 V ～ 20.300 V		20.011 V	20.006 V
2 V/DIV	40 V	39.400 V ～ 40.600 V		40.024 V	40.016 V
5 V/DIV	100 V	98.50 V ～ 101.50 V		100.06 V	100.04 V
10 V/DIV	200 V	197.00 V ～ 203.00 V		200.09 V	200.07 V
20 V/DIV	400 V	394.00 V ～ 406.00 V		400.21 V	400.19 V
50 V/DIV	600 V	585.00 V ～ 615.00 V		602.78 V	602.75 V

備考<Note>
フィルタ 5Hz ON <FILTER 5Hz ON>
FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	( )	( )