

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (照度センサ- <LUX SENSOR>)

形名<Model Number> (9662)

製造番号<Serial No.> (No.110812345)

検査年月日<Test Date> (2011-08-04)
<YYYY-MM-DD>

検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
確度 <Accuracy>	0 lx	0 mV	-0.030 mV ~ 0.030 mV	(0.000 mV)
	1000 lx	-10 mV	-10.380 mV ~ -9.620 mV	(-10.000 mV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.9662-2