

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (クランプオンリークハイテスタ<CLAMP ON LEAK HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3283)
 製造番号<Serial No.> (No. 110518172)
 検査年月日<Test Date> (2011 - 05- 18)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (22.7 °C, 43.7 %rh)
 検査周波数< Test Frequency> (60Hz)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
確度 <Accuracy>	AC A (FILTER:OFF)	200.0A 10.00A 1.000A 100.0mA 10.00mA	190.0A 9.00A 0.900A 90.0mA 9.00mA	186.7A ~ 193.3A 8.86A ~ 9.14A 0.886A ~ 0.914A 88.6mA ~ 91.4mA 8.86mA ~ 9.14mA	(189.4 A) (9.01 A) (0.901 A) (90.2 mA) (9.01 mA)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	レンジ <Range>	入力 <Input>	周波数 <Frequency>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
周波数 <Frequency>	Hz	AUTO	9.00A	55.0Hz	54.8Hz ~ 55.2Hz	(55.0 Hz)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	レンジ <Range>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
確度 <Accuracy>	REC出力	200.0A 10.00A 1.000A 100.0mA 10.00mA	190.0A 9.00A 0.900A 90.0mA 9.00mA	DC 1.900V DC 0.900V DC 0.900V DC 0.900V DC 0.900V	1.833V ~ 1.967V 0.863V ~ 0.937V 0.863V ~ 0.937V 0.863V ~ 0.937V 0.863V ~ 0.937V	(1.888 V) (0.896 V) (0.897 V) (0.907 V) (0.909 V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()