

SAMPLE 検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (光パワーメータ<OPTICAL POWER METER>)
 形名<Model Number> (3664)
 製造番号<Serial No.> (No. 130712345)
 検査年月日<Test Date> (2013-07-09)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	波長(λ) <Wavelength>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

光パワー測定

<Optical power measurement>

633 nm 100 μW 99.30 μW ~ 100.70 μW (100.03 μW)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

633nm/100 μWのみ検査を実施していますが、仕様に規定されている全範囲について確度保証しています。
 <Although 633nm/100μW is the only point inspected for accuracy, the entire range stipulated in the specifications is guaranteed for accuracy.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()