

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (照度ロガー<LUX LOGGER>)
形名<Model Number> (3640)
製造番号<Serial No.> (No.110812345)
検査年月日<Test Date> (2011-08-01)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

センサ品名<Model Name> (照度センサ<LUX SENSOR>)
センサ形名<Model Number> (9662)
製造番号<Serial No.> (No.110812346)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	入力値 ＜Input＞	許容範囲 ＜Tolerance＞		測定値 ＜Measured Value＞
内部電圧計確度＜Internal Voltage Accuracy＞					
	2.000 × 1000/lx	0.00 mV	-0.005 × 1000/lx	～ 0.005 × 1000/lx	(0.000 × 1000/lx)
		-18.00 mV	1.786 × 1000/lx	～ 1.814 × 1000/lx	(1.800 × 1000/lx)
	20.00 × 1000/lx	0.0 mV	-0.05 × 1000/lx	～ 0.05 × 1000/lx	(0.00 × 1000/lx)
		-180.0 mV	17.86 × 1000/lx	～ 18.14 × 1000/lx	(18.00 × 1000/lx)
	200.0 × 1000/lx	0.000 V	-0.5 × 1000/lx	～ 0.5 × 1000/lx	(0.0 × 1000/lx)
		-1.800 V	178.6 × 1000/lx	～ 181.4 × 1000/lx	(180.0 × 1000/lx)

9662照度センサ精度<Accuracy only for 9662 Lux Sensor >

0002照度センサ精度<Accuracy Only for 0002 Lux Sensor>							出力値	
項目	入 力	出力基底値		許容範囲			出力値	
<Item>	<Input>	<Fiducial Value>		<Tolerance>			<Output>	
精度<Accuracy>								
	0 lx	0 mV	-0.030 mV	~	0.030 mV	(	0.000	mV)
	1000 lx	-10 mV	-10.380 mV	~	-9.620 mV	(	-10.000	mV)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3640-4