

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (ロードカーブ測定器<LOAD CURVE INSTRUMENTS>)
 形名<Model Number> (3672LC(3672-51))
 製造番号<Serial No.> (No.110812345)
 検査年月日<Test Date> (2011-08-02)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
--------------	---------------	---------------------	--------------------------

測定確度<Measurement accuracy>

50Hz(10mA_{p-p}矩形波) 49 ~ 51 (50)
 <Wave:10mA_{p-p} Square>

備考<Note>

- 測定条件:記録間隔1秒
 <Measurement conditions : Record interval 1 seconds>
- 電流パルスの入力は、9658-51クランプオンセンサを使用して検査しています。
 <For inspection of the Current Pulse, Model 9658-51 Clamp On Sensor is used.>
- FAIL判定箇所は、グレー表示としています。
 <FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()