

SAMPLE 検査成績表
〈TEST REPORT〉

品名〈Model Name〉 (センサモジュール 〈SENSOR MODULE〉) 1/1

形名〈Model Number〉 (9654)

検査年月日〈Test Date〉 (2011-12-04)
〈YYYY-MM-DD〉

検査条件〈Test Conditions〉 (23℃, 50%rh)

供給ガス温湿度 (23℃, 50%rh)
〈Sensor Usage Conditions〉

No.	項目〈Item〉	試験点〈Test Point〉	※LED表示〈LED Display〉	結果〈Result〉
1.	機能 〈Function〉	0.08ppm	緑色点灯 〈Green Light〉	(PASS)
		0.12ppm	黄色点灯 〈Yellow Light〉	(PASS)

備考〈Note〉

※検査は校正された2205オゾン濃度コントローラに取り付けた状態で行なっています。
〈Inspection is conducted while connecting to the 2205 Ozone Controller.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()