

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (アナログメグオームハイテスタ<ANALOG MΩ HiTESTER>)
形名<Model Number> (IR4014) *1
製造番号<Serial No.> (No.180576543)
検査年月日<Test Date> (2018-05-09)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 60 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	計器指示値 <Indicated Value>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value>
確度(許容差) <Accuracy (Limit Deviation Tolerance)>				
500V	0.5 MΩ	0.450 MΩ ~	0.550 MΩ (	0.500 MΩ)
	1 MΩ	0.950 MΩ ~	1.050 MΩ (	1.000 MΩ)
	20 MΩ	19.0 MΩ ~	21.0 MΩ (	20.0 MΩ)
	500 MΩ	475 MΩ ~	525 MΩ (	500 MΩ)
	1000 MΩ	900 MΩ ~	1100 MΩ (	1000 MΩ)
ACV (55Hz)	100 V	70 V ~	130 V (	100 V)
	500 V	470 V ~	530 V (	500 V)

備考<Note>

- ・ FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>
- ・ *1 形名欄の記載形名は、製品本体表記に基づいています。
<The model number stated in this document is based on the model number indicated on the instrument.>

総合判定<Overall Result>

(PASS)

検査者<Inspected By>

()

承認者<Approved By>

()