

SAMPLE

検査成績表  
<TEST REPORT>

1/2

品名<Model Name> ( クランプ接地抵抗計 )  
<CLAMP ON EARTH TESTER>  
形名<Model Number> ( FT6381 )  
製造番号<Serial No.> ( No. 120612345 )  
検査年月日<Test Date> ( 2012-06-25 )  
<YYYY-MM-DD>  
検査条件<Test Conditions> ( 23.0 °C, 50 %rh )

| 項目<br><Item>              | レンジ<br><Range> | 入力<br><Input> | 許容範囲<br><Tolerance> | *1 表示値<br><Indicated Value> |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| 抵抗確度<Resistance Accuracy> |                |               |                     |                             |
| *2 1600 / 1200 Ω          |                | 1200 Ω        | 960 Ω ~ 1440 Ω      | ( 1200 Ω )                  |
| *2 1200 / 600 Ω           |                | 600 Ω         | 530 Ω ~ 670 Ω       | ( 600 Ω )                   |
| *2 600 / 400 Ω            |                | 400 Ω         | 375 Ω ~ 425 Ω       | ( 400 Ω )                   |
| 200.0 Ω                   |                | 170.0 Ω       | 163.9 Ω ~ 176.1 Ω   | ( 170.0 Ω )                 |
| *2 200.0 / 100.0 Ω        |                | 100.0 Ω       | 98.0 Ω ~ 102.0 Ω    | ( 100.0 Ω )                 |
| *2 100.0 / 50.0 Ω         |                | 50.0 Ω        | 49.2 Ω ~ 50.8 Ω     | ( 50.0 Ω )                  |
| 20.00 Ω                   |                | 15.00 Ω       | 14.73 Ω ~ 15.27 Ω   | ( 15.00 Ω )                 |
| 2.00 Ω                    |                | 1.50 Ω        | 1.46 Ω ~ 1.54 Ω     | ( 1.50 Ω )                  |
| 0.20 Ω                    |                | 0.15 Ω        | 0.13 Ω ~ 0.17 Ω     | ( 0.15 Ω )                  |

## 備考&lt;Note&gt;

\*1. FAIL判定箇所は、グレー表示としています。

&lt;FAIL decision points are highlighted in gray.&gt;

\*2. ハードウェアレンジが共通のため同一ポイントで検査を行っています。

判定は、より高確度のレンジの確度を適用しています。

&lt;Due to the common hardware ranges, the tests are made on the same points.

Judgment is done by using higher accuracy range.&gt;

| 総合判定<Overall Result> | 検査者<Inspected By> | 承認者<Approved By> |
|----------------------|-------------------|------------------|
| ( PASS )             | ( )               | ( )              |

SAMPLE

## 検査成績表

&lt;TEST REPORT&gt;

2/2

製造番号<Serial No.> ( No. 120612345 )  
検査年月日<Test Date> ( 2012-06-25 )  
<YYYY-MM-DD>

| 項目<br><Item>                           | レンジ／フィルタ<br><Range/Filter> | 入力／周波数<br><Input/Frequency> | 許容範囲<br><Tolerance> | *1 表示値<br><Indicated Value>      |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 電流確度<Current Accuracy>                 |                            |                             |                     |                                  |
|                                        | 60.0 A                     | OFF                         | 50.0 A 55 Hz        | 48.5 A ~ 51.5 A ( 50.0 A )       |
|                                        | 20.00 A                    | OFF                         | 17.00 A 55 Hz       | 16.61 A ~ 17.39 A ( 17.00 A )    |
|                                        | 2.000 A                    | OFF                         | 1.700 A 55 Hz       | 1.661 A ~ 1.739 A ( 1.700 A )    |
|                                        | 200.0 mA                   | OFF                         | 170.0 mA 55 Hz      | 166.1 mA ~ 173.9 mA ( 170.0 mA ) |
|                                        |                            | OFF                         | 100.0 mA 55 Hz      | 97.5 mA ~ 102.5 mA ( 100.0 mA )  |
|                                        |                            | OFF                         | 30.0 mA 55 Hz       | 28.9 mA ~ 31.1 mA ( 30.0 mA )    |
|                                        | 20.00 mA                   | OFF                         | 17.00 mA 55 Hz      | 16.61 mA ~ 17.39 mA ( 17.00 mA ) |
|                                        |                            | OFF                         | 1.70 mA 55 Hz       | 1.62 mA ~ 1.78 mA ( 1.70 mA )    |
|                                        |                            | OFF                         | 0.00 mA -           | -0.05 mA ~ 0.05 mA ( 0.00 mA )   |
|                                        | 60.0 A                     | ON                          | 50.0 A 55 Hz        | 48.5 A ~ 51.5 A ( 50.0 A )       |
|                                        | 20.00 A                    | ON                          | 17.00 A 55 Hz       | 16.61 A ~ 17.39 A ( 17.00 A )    |
|                                        | 2.000 A                    | ON                          | 1.700 A 55 Hz       | 1.661 A ~ 1.739 A ( 1.700 A )    |
|                                        | 200.0 mA                   | ON                          | 170.0 mA 55 Hz      | 166.1 mA ~ 173.9 mA ( 170.0 mA ) |
|                                        | 20.00 mA                   | ON                          | 17.00 mA 55 Hz      | 16.61 mA ~ 17.39 mA ( 17.00 mA ) |
|                                        |                            | ON                          | 1.70 mA 55 Hz       | 1.62 mA ~ 1.78 mA ( 1.70 mA )    |
|                                        |                            | ON                          | 0.00 mA -           | -0.05 mA ~ 0.05 mA ( 0.00 mA )   |
| 周波数特性<br><Frequency<br>Characteristic> | 200.0 mA                   | OFF                         | 170.0 mA 30 Hz      | 165.3 mA ~ 174.7 mA ( 170.0 mA ) |
|                                        |                            | OFF                         | 170.0 mA 400 Hz     | 165.3 mA ~ 174.7 mA ( 170.0 mA ) |
|                                        | 200.0 mA                   | ON                          | 170.0 mA 45 Hz      | 166.1 mA ~ 173.9 mA ( 170.0 mA ) |
|                                        |                            | ON                          | 170.0 mA 66 Hz      | 166.1 mA ~ 173.9 mA ( 170.0 mA ) |