

SAMPLE 検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名 <Model Name> (クランプオンプローブ<CLAMP ON PROBE>)
 形名 <Model Number> (3275)
 製造番号 <Serial No.> (No. 210580000)
 検査年月日 <Test Date> (2021 - 05 - 25)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件 <Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	検査点 <Test Point>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	出力値 <Output>
振幅精度 <Amplitude accuracy>				
	AC 500 A (50Hz)	AC 5.0000 V	4.9450 V ~ 5.0550 V	(5.0000 V)
	AC 400 A (50Hz)	AC 4.0000 V	3.9550 V ~ 4.0450 V	(4.0000 V)
	AC 300 A (50Hz)	AC 3.0000 V	2.9650 V ~ 3.0350 V	(3.0000 V)
	AC 200 A (50Hz)	AC 2.0000 V	1.9750 V ~ 2.0250 V	(2.0000 V)
	AC 100 A (50Hz)	AC 1.0000 V	0.9850 V ~ 1.0150 V	(1.0000 V)
	DC + 500 A	DC +5.0000 V	+4.9450 V ~ +5.0550 V	(+5.0000 V)

立ち上がり時間<Rise Time>		
入力信号 <Input Signal>	製品仕様 <Specifications>	判定結果 <Result>
400 mA _{p-p} 100Hz 矩形波<Square wave>	≤ 175 ns	(PASS)

周波数帯域<Bandwidth>		
入力信号 <Input Signal>	製品仕様 <Specifications>	判定結果 <Result>
400 mA _{p-p} 正弦波<Sine wave>	DC~2MHz(-3dB)	(PASS)

備考<Note>

- 立ち上がり時間の検査では、検査設備を含めたシステム全体としての立ち上がり時間を確認しています。
<Rise Time includes the rise time of the testing system.>
- 3275 の電源には、3269 または 3272 電源を使用しています。
<Model 3275 is connected to model 3269 Power Supply or model 3272 Power Supply for power supply.>
- FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()