

検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 ('アナログユニット〈ANALOG UNIT〉)
 形名〈Model Number〉 (8941)
 製造番号〈Serial No.〉 (No. 111234567)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011-11-03)
 〈YYYY-MM-DD〉
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0 °C, 60 %rh)

項目 〈Item〉	レンジ 〈Range〉	試験点 〈Test Point〉	許容範囲 〈Tolerance〉	測定結果 〈Measured Value〉
--------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------------

ゼロポジション確度〈Zero Position〉

5 mV/DIV 0 mV ± 0.400 mV (0.400 mV)

確度〈Accuracy〉

5 mV/DIV	40 mV	±	0.90 mV	(40.40 mV)
10 mV/DIV	80 mV	±	1.80 mV	(80.80 mV)
20 mV/DIV	160 mV	±	3.6 mV	(161.6 mV)
50 mV/DIV	400 mV	±	9.0 mV	(404.0 mV)
100 mV/DIV	800 mV	±	18 mV	(808 mV)
200 mV/DIV	1.6 V	±	0.036 V	(1.616 V)
500 mV/DIV	4 V	±	0.090 V	(4.040 V)
1 V/DIV	8 V	±	0.18 V	(8.08 V)
2 V/DIV	16 V	±	0.36 V	(16.16 V)
5 V/DIV	40 V	±	0.90 V	(40.40 V)

備考〈Note〉

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()